



EAЭС



НАСОС ВАКУУМНЫЙ ПОРШНЕВОЙ (БЕЗМАСЛЯНЫЙ) ВН 6.2 АРТ

Руководство по эксплуатации АВЕ 052.000.000 РЭ

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.31534/22 от 27.04.2022

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Насос вакуумный поршневой (безмасляный) **ВН 6.2 АРТ** серии ВН (далее - **ВН**) предназначен для откачки воздуха, не содержащего капельной влаги и механических примесей, от атмосферного до предельного остаточного давления из Электропечей вакуумных (далее - ЭВП*) производства АВЕРОН.

1.2 Условия эксплуатации

- температура окружающая 10...35°C
- влажность при 25 °С, не более 80 %

1.3 Основные характеристики

- величина остаточного давления 50 мбар
- производительность 1,5 м³/час
- электропитание ~220/230В 50Гц 1,0А
- уровень звука, не более 67 дБА
- перезапуск ВН под вакуумом, не ранее 4 сек
- габариты (ШxГxВ), не более 255x225x280 мм (с платформой)
- масса, не более 9,5 кг (с платформой)
- режим работы: повторно-кратковременный, 15 мин/20 мин (работа/перерыв)

Мобильное Приложение АВЕРОН:


для Android



для IOS



для Huawei



* - эксплуатация, обслуживание и гарантии - согласно своей сопроводительной документации.

1.4 Особенности

- Резиновые клапаны, позволяющие сохранять вакуум в системе при выключении насоса.
- Система перезапуска под вакуумом.

ВНИМАНИЕ!

Уровень шума на начальном участке набора вакуума может превышать 68 дБ

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Насос вакуумный **ВН 6.2 АРТ**

Шланг (1) с воздушным фильтром (2)

- 1 шт.

Подвижная виброгасящая платформа (3)

- 1 шт.

Ручка для переноски (4)

- 1 шт.

Руководство по эксплуатации АВЕ 052.000.000 РЭ

- 1 шт.

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Розетка сети питания должна иметь контакт защитного заземления.

Отключать **ВН** от розетки сети для технического обслуживания.

Запрещается эксплуатация **ВН** со снятой крышкой электроблока двигателя.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подсоединить шланг (1) к штуцеру (5) **ВН**.

Подсоединить свободный конец фильтра (2) к шлангу ЭВП.

Подключить вилку сетевого шнура **ВН** к соответствующему разъему ЭВП.

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ВНИМАНИЕ!

Для выработки полного ресурса и срока службы **ВН**, а также экономии электроэнергии и снижения уровня шума рекомендуется использовать **ВН** в экономичном режиме работы совместно с Электрочащами вакуумными ЭВП, см. Руководство по эксплуатации на ЭВП.

Перезапускать **ВН** под вакуумом – не ранее 4 сек после его выключения!

Управление **ВН** в процессе работы осуществляется от ЭВП.

При длительных перерывах в работе отключить вилку сетевого шнура **ВН** от ЭВП.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 При изменении цвета фильтрующего элемента или снижении скорости набора вакуума – заменить фильтр (**2**).

Использовать фильтр топливный автомобильный GB-202.

Положение фильтра согласно маркировке: стрелка на корпусе (направление потока воздуха) – к **ВН**.

6.2 Регулярно проводить очистку места установки **ВН** и поверхности **ВН** от пыли влажной (отжатой) губкой, пылесосом.

6.3 При появлении посторонних звуков при пуске/остановке **ВН** или невозможности перезапуска под вакуумом – обратиться в сервисный центр АВЕРОН.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **ВН** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **ВН** не требуется.

8 ГАРАНТИИ

8.1 Гарантия – 24 месяца с даты продажи или, если не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

8.2 Средний срок службы - 3 года. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности **ВН**.

8.3 Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

8.4 Изготовитель (Представительство) осуществляет бесплатно ремонт или замену продукции в течение гарантийного срока эксплуатации, при выполнении п.п.8.1, 8.3, по письменной заявке владельца, с предъявлением настоящего Руководства или копии документа, подтверждающих покупку (чек, платежное поручение) и комплектацию продукции, предоставляемой:

- для замены – согласно покупной комплектации;

- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

8.5 Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования.

Изготовитель:

ООО "ВЕГА-ПРО"

www.averon.ru

Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,

Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,

тел.: +73433111121

feedback@averon.ru

Адрес производства: 620902, Екатеринбург, Николы Тесла, стр.4

бесплатный звонок по РФ:

88007001220

Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ

88007001102

Полный перечень авторизованных сервисных центров приведен на сайте АВЕРОН: <https://www.averon.ru/service/>.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

ВН 6.2 АРТ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

КОНТАКТЫ АВЕРОН

	averon.ru		АВЕРОН зуботехникам
	8 800 700-12-20 бесплатно на территории РФ		АВЕРОН – оборудование для зубных техников
	feedback@averon.ru		АВЕРОН, зуботехническое оборудование

Следите за нашими новостями



Разрешительные документы для указанной продукции см. на сайте www.averon.ru.